

## 初めて噴霧する場合

初めて噴霧する場合、または3日以上使用していない場合は、キャップを外し、右の操作を行ってから**1**の手順に進んでください。

吸入器をよく振った後、体から離してレバーを押し、**4回空噴霧**します。

**4回**  
空噴霧

※噴霧補助具を装着しています



レバーを押すときは、まっすぐに立てて操作してください。逆さにして噴霧しないでください。



喘息の症状や発作が無くても、医師の指示に従い、毎日の吸入を欠かさないようにしましょう。フルティアフォームは添加物として無水エタノールを使用しています。アルコールに過敏な方は医師・薬剤師に相談してください。

## 正しい方法で吸入するために、以下のポイントをチェック!

**1** キャップを外し吸入器の底に親指をあて、レバーを人差し指と中指で支え、吸入器をよく振ります。

カウンターの色を確認しましょう。



**2** 吸入器をくわえる前に、軽く息を吐いてください。



**3** 吸入口を軽く歯でくわえ、息を吸いながらレバーを押し、お薬をゆっくり深く吸い込みます。

シュッと薬剤が出るまでしっかり押しってください。



**4** お薬を吸い込んだ後は、吸入口を口から離し、できるだけ3秒以上、息を止めてください。



**5** ゆっくり息を吐き出します。医師に指示された回数、**1**～**5**を繰り返します。吸入が終わったら、吸入口にキャップをつけて保管してください。



**6** 吸入後には、必ずうがいをしてください。うがいは2回以上繰り返しましょう。



## 噴霧補助具「フルプッシュ®」を使いましょう!

フルプッシュは「てこの原理」を使って、より少ない力でアルミ缶を押せるようにしたフルティフォーム専用の噴霧補助具です。

### 装着方法



フルプッシュ

フルティフォーム本体

写真のように、フルティフォームをフルプッシュの後ろ側から差し込みます。カチッと音がするまで確実に装着してください。

### 装着図



みどり色

さくら色

- ・フルティフォームの箱には同梱されていません。
- ・繰り返し使用できます。

## カウンターが赤色になったら、受診して新しいお薬の準備を!

カウンターの背景の色が赤くなったら、新しいフルティフォームを準備する目安です。

- アルミ缶を押すと、自動的にカウンターが動き、最初は緑色、使っていくうちに黄色、赤色へと変わっていきます。
- カウンターが完全に赤色になったら、残りは約20吸入分です。なるべく早めに受診して、新しいフルティフォームを準備するようにしましょう。
- カウンターの数字は以下のように表示されます。



#### 120吸入用

120・110・100・90・80・70・60・55・50・45・40・35・30・25・20・15・10・5・0

#### 56吸入用

56・45・35・30・25・20・15・10・5・0

**注意!** カウンターが「0」になったら、吸入しないでください。「0」になってもアルミ缶を押すことはできますが、十分な量のお薬を吸入することはできません。

「フルティフォーム®の使い方」の動画をwebサイトでご覧いただけます。

<https://www.ffkyorin.jp/>

- 視聴により発生する通信料は視聴者さまのご負担となります。



キョーリン製薬

改訂年月:2021.10  
ICFF0051